



Број: 04/2014

Датум: 17.04.2014. године

Предмет: Питања и одговори у вези са јавном набавком мале вредности за набавку добара, Медицинског и лабораторијског материјала бр. 04/2014

Питање: Како бисмо што квалитетније одговорили вашим захтевима из конкурсне документације за ЈНМВ 04/2014., молимо вас да нам одговорите на следеће питање везано за партију бр. 5.

Ставка 4 (сахатно стакло), ставка 5 (стаклени левак) и ставка 6 (Петријева шоља) - Које су тачне димензије тражених артикала?

Одговор: Тражене димензије за спецификацију добара за Партију бр. 5 у оквиру јавне набавке Медицинског и лабораторијског материјала бр. 04/2014 су следеће:

Ставка 4 (сахатно стакло)-70mm

Ставка 5 (стаклени левак)- кратка цев, 100mm

Ставка 6 (петријева шоља) – 90x40 mm

Питање: У Партији 2 ставка 4 - C.F.A.S. lipid, молимо вас да поред назива ставке редни број 4 додате или одговарајући, што је у складу са чланом 72. став 4. ЗЈН. Овако формираном партијом је конкуренција директно ограничена, што није у складу са Законом о јавним набавкама. Члан 10. ЗЈН говори да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију.

Одговор: Под ставком C.F.A.S. lipid се подразумева калибратор за аутоматске системе за липиде. Сходно томе Наручилац сматра да је могуће понудити калибратор који садржи параметре липидног статуса и да није потребно да ставка бр. 4. у спецификацији добара за Партију бр. 2 C.F.A.S. lipid буде праћена речима "или одговарајуће".

Питање: Поштовани, молимо Вас да нам појасните следеће: Партија 5. Лабораторијски потрошни материјал и прибор: обзиром да на нашем тржишту нико од добављача није у могућности да понуди регистроване ставке 18 (Sulfosalicilna kis 20%) i 19 (Tinktura joda 1%), молимо Вас да ове две ставке издвојите у засебну партију.

Одговор: Понуђач између осталог доставља као доказ за испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН и **Решење Агенције за лекове и медицинска средства РС** о дозволи за стављање у промет, сваког од понуђених медицинских средстава, који су предмет ове јавне набавке осим за медицинска средства у партијама која су нерегистрована медицинска средства. Наручилац је извршио истраживање тржишта за предметну јавну набавку и у складу са Законом о јавним набавкама поделио предмет јавне набавке медицинског и лабораторијског материјала у партије, те сматра да није потребно ставке 18 и 19. из спецификације добара за Партију бр. 5 издвајати у посебну партију, већ да понуђачи у складу са наведеним, а на основу конкурсне документације, могу припремити прихватљиву понуду.

Комисија за јавну набавку