



Број: 01/2016

Датум: 20.04.2016. године

Предмет: Питања и одговори у вези са јавном набавком мале вредности за набавку добара, Медицинског и лабораторијског материјала бр. 01/2016

Питање: У оквиру ставки 7 и 10 захтевају се Микро епрувете са инкорпорираним левком EDTA и Микроепрувета са инкорпорираним левком за серум гел намењени за узорковање капиларне крви.

Инкорпорирани левак служи да олакша скупљање капиларне крви у микротајнер епруветицу.

Идентичну намену има и MiniCollect® левак који олакшава сакупљање капиларне крви у Mini collect® епруветицу EDTA/MiniCollect® Серум Гел. Другим речима комплет MiniCollect® EDTA/Mini Collect® Серум Гел и MiniCollect® левак на суштински једнак начин испуњава услове из техничке спецификације.

Молимо Вас да у складу са чланом 10 ЗЈН у циљу обезбеђивања што веће конкуренције међу понуђачима омогућите да се за ове ставке понуде функционално еквивалентне траженим, тј. **да ли је за ове ставке могуће понудити еквивалент тј. комплет MiniCollect® EDTA/Mini Collect® Серум Гел и MiniCollect® левак.**

Одговор: За партију 2. Уређај за венопункцију и узорковање крви у табеларном приказу спецификације, односно обрасца структуре цене, за наведене ставке 7 и 10 понуђачи достављају тражена добра или одговарајућа добра (еквивалент траженим добрима).

Питање: У оквиру ставке 8 захтевају се Контакт активирајуће ланцете - односно ланцете које се активирају приликом контакта са кожом, са дефинисаном дубином убода. Контакт активирајуће ланцете за капиларну крв су једна врста аутоматских ланцета.

**Да ли је одговарајуће да се понуде аутоматске ланцете** које лаборант (особа која врши узорковање крви) активира притиском на дугме када наслони ланцету на кожу и које имају дефинисану дубину убода, **тј. ланцете које су по намени еквивалентне траженим?**

Одговор: За партију 2. Уређај за венопункцију и узорковање крви у табеларном приказу спецификације, односно обрасца структуре цене, за ставку 8 понуђачи достављају тражена добра или одговарајућа добра (еквивалент траженим добрима).

Питање: У оквиру ставке 12 захтевају се Вац епрувете за седиментацију 2,7 ml + сталак за седиментацију (5 ком) на коришћење за време трајања уговора.

**Да ли понуђене епрувете за вађење крви које се захтевају треба да буду за**

**одређивање седиментације након 30 или након 60 минута с обзиром да су Вам потребни и сталци за читавање седиментације?**

Одговор: За партију 2. Уређај за венoпункцију и узорковање крви у табеларном приказу спецификације, односно обрасца структуре цене, за ставку 12 потребно је да понуђачи понуде епрувете за одређивање седиментације након 60 минута.

Комисија за јавну набавку бр. 01/2016